



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2025

Página: 1/1

Requisição: 20381 **Ano:** 2025 **Data:** 19/11/2025 **Requisitante:** CAROLINE.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 784 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de Recurso: 1 TESOUREIRO

Aplic./Var.: 303.0000

Elemento: 30 MATERIAL DE CONSUMO

Sub-Elemento: 36 MATERIAL HOSPITALAR

Aplicação: Solicitação de aquisição de testes rápidos para detecção DENGUE NS1, visando o diagnóstico ágil e eficaz de pacientes com sintomas nas unidades de saúde.

Observação:

Justificativa: Solicitação de aquisição de testes rápidos para detecção DENGUE NS1, visando o diagnóstico ágil e eficaz de pacientes com sintomas nas unidades de saúde.

Centro de Custo: 821381 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - VIGILÂNCIA EM SAUDE

Veículo:

Local da Entrega: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	2.000,000000	KIT	007.41.00007-1	TESTE RÁPIDO EM CASSETE PARA DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTÍGENO (NS1) DO VÍRUS DA DENGUE (DEN-1, DEN-2, DEN-3 E DEN-4) EM SORO, PLASMA OU SANGUE TOTAL (PUNÇÃO DIGITAL OU VENOSA) HUMANO. IMUNOENSAIO CROMATOGRÁFICO DE FLUXO LATERAL. O KIT PARA DETERMINAÇÃO DEVE CONTER SENSIBILIDADE RELATIVA NÃO INFERIOR A 96,4% (AG), ESPECIFICIDADE RELATIVA NÃO INFERIOR A 96,0% (AG) E PRECISÃO NÃO INFERIOR A 96,0% (AG), TEMPO DE LEITURA DO TESTE NÃO SUPERIOR A 25 MINUTOS E CONTER TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA A REALIZAÇÃO DO TESTE: CONTA-GOTAS E SOLUÇÃO TAMPÃO SUFICIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TODOS OS TESTES DO KIT. A EMBALAGEM DEVE CONTER O NÚMERO DE LOTE, VALIDADE, REGISTRO NA ANVISA E MINISTÉRIO DA SAÚDE.

Descrição Técnica: DENGUE NS1-Antígeno em sangue total, soro ou plasma ;validade estendida

TARUMA, 19 de Novembro de 2025