



MUNICIPIO DE TARUMA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UGB - SUPRIMENTOS - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES

REQUISIÇÃO DE COMPRA

Exercício: 2026

Página: 1/1

Requisição: 14636 **Ano:** 2026 **Data:** 13/08/2026 **Requisitante:** CAROLINE.SILVA

Tipo de Compra: ADMINISTRATIVA

Prioridade: NORMAL

Ficha: 573 ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE

Fonte de Recurso: 1 TESOIRO

Aplic./Var.: 305.0000

Elemento: 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-Elemento: 8 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Aplicação: Aquisição de focos clínicos/ginecológicos para atendimento nas unidades de saúde.

Observação:

Justificativa: A contratação decorre da necessidade de assegurar condições adequadas de iluminação para a realização de exames ginecológicos e demais procedimentos clínicos de inspeção realizados nas unidades de saúde do Município, atividade integrante das ações de atenção primária e de saúde da mulher desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde

Centro de Custo: 521151 ADMINISTRAÇÃO - SAÚDE

Veículo:

Local da Entrega: COMPLEXO DE SAÚDE

Seq.	Quantidade	Unid.	Cd. Produto	Descrição do Produto
1	5,000000	UN	014.46.00070	FOCO DE LUZ CLÍNICO/GINECOLOGICO, TIPO LED, LUZ FRIA, COM ESPELHO REFLETOR E PEDESTAL MOVEL. PEDESTAL TIPO COLUNA, BASE COM NO MINIMO 5 RODIZIOS (2 COM TRAVAMENTO), ALTURA REGULAVEL ENTRE 1,00 E 1,50 M; HASTE FLEXIVEL DE NO MINIMO 40 CM COM RETENCAO DE POSICAO; ESTRUTURA METALICA ANTICORROSIVA OU POLIMERICA DE ALTA RESISTENCIA, DE FACIL HIGIENIZACAO. CABECOTE COM ESPELHO REFLETOR CONCAVO/PARABOLICO E ARTICULACAO EM MULTIPLOS EIXOS, COM PROTECAO FRONTAL TRANSPARENTE E RESISTENTE. LED COM VIDA UTIL MINIMA DE 30.000 HORAS, INTENSIDADE MINIMA DE 30.000 LUX A 50 CM, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.500 K, IRC = 85, CAMPO ILUMINADO MINIMO DE 10 CM, AJUSTE DE INTENSIDADE (CONTINUO OU MINIMO 3 NIVEIS). ALIMENTACAO ELETRICA EM 220 V, 50/60 HZ.

TARUMA, 13 de Agosto de 2026